



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



AEROCÁMARA ADULTOS. PA05



Máscaras



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-09



| EMBALAJE | Caja individual | Caja grupal |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) | 105/96,5/200 mm | 321/196/206mm |
| Peso | 0,135 Kg | 0,95 Kg |
| Código de barras primario (EAN13) | 7798028882618 | - |
| Unidad de empaque | 1 | 6 |
| Código de barras grupal (GTIN14) | - | 37798028882619 |

| CONDICIONES AMBIENTALES | Uso | Almacenamiento |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Temperatura ambiente | 5 a 40 °C | -10 a 50 °C |
| Humedad Ambiente | 30 a 95 % | 10 a 95 % |
| Presión Ambiente | 700 a 1060 hPa | 500 a 1060 hPa |

| | |
|---|-----------------------|
| Modelo Web REF. | PA05 SF |
| Marca | SILFAB AERO-KAM |
| Origen | Argentina |
| Material cuerpo | Policarbonato cristal |
| Sistema Bivalvular | Sí |
| Adaptador bucal incorporado | Sí |
| Máscara | Adultos |
| Adaptable a cualquier inhalador de dosis medida (MDI) | Sí |
| Alarma de inhalación excesiva | Sí |
| Deflector | Sí |
| Volumen de cámara | 155 cm ³ |

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-AEROCÁMARA ADULTOS PA05 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.

DATOS DE USO INTERNO

Modelo A.N.M.A.T.:

-

Marcas:

SILFAB AERO-KAM

Código Calipso:

PA05 SF

| Uso exclusivo Sistema de Gestión de Calidad Control de la documentación | | | | |
|---|--------|--------|------------------|------------|
| EETT-AEROCÁMARA ADULTOS PA05 v01 | | | Fecha 30/03/2020 | Páginas: 2 |
| Realizó | Revisó | Aprobó | | |

www.silfab.com.ar | calidad@silfab.com.ar



La última hoja de este documento corresponde exclusivamente a uso interno del Sistema de Gestión de Calidad

EETT-Producto Final Tratamiento Médico – Plantilla v02 | 27/05/2019